

12

原子力施設の運転状況

12-06

放射性同位元素使用事業所

12-06-01

放射性同位元素取扱施設の事故・故障・トラブル

12-06-01-08

昭和62年度放射性同位元素等取扱施設における事故・故障

---

### <概要>

昭和62年度に発生した放射性同位元素等取扱事業所に係る事故は、紛失1件であった。なお、この事故による周辺公衆への影響はなかった。

---

### <更新年月>

1998年05月           （本データは原則として更新対象外とします。）

---

### <本文>

昭和62年度に発生した放射性同位元素等取扱事業所に係る事故（放射線障害防止法令に基づき科学技術庁（現文部科学省）に報告のあったもの）は紛失1件であった。また、周辺公衆への影響はなかった。

（1）昭和62年7月14日、日本医科大学附属病院で治療用に使用していた密封線源**コバルト60**〔10ミリキュリー（370MBq）×10本〕を廃棄しようとしたところ、うち1本が模擬線源であったことから線源の紛失が判明した。

その所在については、現在調査を行っているところである。

---

### <関連タイトル>

[放射性同位元素等取扱事業所における事故等の年度推移（1998年度まで）（03-05-04-01）](#)

[放射性同位元素（08-01-03-03）](#)

[放射性同位元素等取扱施設からの放射線（能）（09-01-02-07）](#)

---

### <参考文献>

（1）原子力安全委員会（編）：「昭和62年度の放射性同位元素取扱施設の事故・故障（放射線障害防止法に基づき報告があったもの）」、昭和63年度版 原子力安全白書、166、356、（1988）

---