12

原子力施設の運転状況

12-06

放射性同位元素使用事業所

12-06-01

放射性同位元素取扱施設の事故・故障・トラブル

12-06-01-15

平成6年度放射性同位元素等取扱施設における事故・故障

<概要>

1994年度における放射性同位元素等に係わる事故は、（株）増田分析センターにおけるガスクロマトグラフ用ECDセルの所在不明の1件であった。

<更新年月>

1996年03月 （本データは原則として更新対象外とします。）

<本文>

1994年度における放射性同位元素等に係わる事故は、（株）増田分析センターにおけるガスクロマトグラフ用ECDセルの所在不明の1件であった。これについては、再発防止のための指導等、所要の措置を講じた。この概要を [表1](#) に示す。

<関連タイトル>

[放射性同位元素等取扱事業所における事故等の年度推移（1998年度まで）（03-05-04-01）](#)

[放射性同位元素（08-01-03-03）](#)

[放射性同位元素等取扱施設からの放射線（能）（09-01-02-07）](#)

<参考文献>

(1) 原子力安全委員会（編）：平成7年版 原子力安全白書、大蔵省印刷局（平成8年8月）

表 1 平成 6 年度における放射性同位元素等取扱事業所における事故等

(1 9 9 4 年度)

発生年月日	態 様	事業所名	概 要
1994. 4.26 (判明)	紛 失	株式会社 増田分析 センター	<p>同事業所では、ガスクロマトグラフ用 E C D セルの点検を製造元に依頼したところ、E C D セルに装備されている密封小線源 (^{63}Ni 370 MBq) が、所在不明となっていたことが平成 6 年 4 月に判明した。</p> <p>当該線源は環境試料の分析のために使用されていたもの。</p>

[出典] 原子力安全委員会 (編) : 平成 7 年版 原子力安全白書、大蔵省印刷局 (平成 8 年 8 月)